



T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü

Doz Gönderim Dokümanı

Radyoloji çekimlerinde üretilen doz verilerinin DICOM SR formatında gönderilmesi gerekmektedir. Dosyalarının gönderim standartlarına ait bilgiler aşağıda yer almaktadır:

- Doz verileri, DICOM RDSR (Radiation Dose Structured Report) şeklinde, DICOM PS 3.3 ve DICOM PS 3.16 ile tanımlanan DICOM SR yapısında, DICOM C-STORE mesajı olarak Teletıp ve Teleradyoloji Sistemi'ne gönderilmelidir.

Alıcı bilgilerine ait bilgiler aşağıda yer almaktadır:

- DNS: dicom.teletip.saglik.gov.tr (TLS)
- Port: 443
- AETitle: TELETIP_MGA